GIMA
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

CINTURA DI SICUREZZA

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione controllare visivamente integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e\o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE

Art 43186- 43187: Cintura di contenzione per letto doppia realizzata in 100% cotone. Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e che necessita di terapia. È composta da due fasce la più interna va applicata al girovita della persona l'altra va ancorata al letto tramite nastri che vengono fissati alla struttura laterale sottostante al letto. La cintura consente ai pazienti la posizione supina che laterale.

Art 43185: Cintura di contenzione per letto semplice realizzata in tessuto 100% cotone. Il dispositivo viene utilizzato per bloccare il paziente che non coopera e che necessita di terapia. È composto da una cintura da applicare al girovita della persona e da due nastri che si legano alle sponde del letto tramite chiusura nylon. La cintura consente al paziente la sola posizione supina.

INDICAZIONI

Dispositivi realizzati per la contenzione dei pazienti allettati.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo può essere applicato esclusivamente da personale medico e paramedico. La cintura non va utilizzata sul bacino o sulla cassa toracica. Adattare bene la cintura al paziente deve passare una mano piana tra il paziente e la cintura. Controllare sempre che le chiusure siano ben agganciate se ciò non avviene il paziente potrebbe scivolare e strangolarsi. Nel caso in cui non si dovessero più aprire le chiusure, i nastri possono essere tagliati con taglierini e cesoie. Tutti i dispositivi dispongono di chiusura magnetica non utilizzare su pazienti ai quali è stato applicato uno stimolatore per il cuore potrebbe andare incontro a tachicardia. Non usare fiamme libere nelle vicinanze in quanto il tessuto non è ignifugo. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

COMPOSIZIONE

Tessuto 100% cotone

MODALITÀ DI LAVAGGIO

È previsto un ritiro del tessuto pari all'8%. La chiusura magnetica non deve essere immersa in liquidi poiché essi ne potrebbero compromettere il funzionamento

LAVARE MAX 90°	NON CANDEGGIARE	NON STIRARE	NON CENTRIFUGARE E NON UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE
	UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO TETRACLORETILENE		

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggio solari.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

	Codice prodotto		Dispositivo medico
	Numero di lotto		Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

REF **24/07/01 (Gima 43185)**
24/07 (Gima 43186)
24/07 (Gima 43187)

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@ausilimedici.it
www.ausilimedici.it

M43175-Rev.0-10.22