



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PVS SpA, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 18, 20051 Cassina De' Pecchi (Mi), in qualità di assemblatore del kit assemblato:

Identificativo	ASIBOX KIT RIANIMAZIONE
REF	RMA018/E
UDI-DI-Base	80340280114D

### Contenuto:

1 PRM299 kit pallone di rianimazione con maschera adulto cal. 4 , tubo ossigeno , reservoir MD classe IIa

1 ASIMASK maschera oronasale cal.5 MAS059/E DM classe IIa

1 PINOCCHIO apribocca elicoidale APR100 MD classe I

1 pinza tiralingua in policarbonato PIN201 MD classe I


3 cannule di guedel sterili mis S. M .L MD classe Is

in ottemperanza all'articolo 22 del Regolamento EU 2017/745, dichiara che

- a) la compatibilità reciproca dei dispositivi è stata verificata;
- b) è responsabile dell'assemblaggio, imballaggio e ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le pertinenti istruzioni dei fabbricanti
- c) l'attività di combinare i dispositivi in kit procedurali è stata sottoposta a metodi adeguati di controllo interno, verifica e convalida.
- d) il sistema incorpora sia dispositivi medici CE sia non dispositivi medici.

Cassina De' Pecchi, 04.07.2023

Firma del Legale Rappresentante



IRENE PERIGO



## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

PVS SpA  
Via Leonardo da Vinci, 18  
20052 CASSINA DE PECCHI (MI) -Italy  
Tel. +39 029160011  
Fax +39 0291600149  
Email : [info@pvs-spa.it](mailto:info@pvs-spa.it)  
Web: [www.pvs-spa.it](http://www.pvs-spa.it)

cod.fiscale part.IVA/VAT IT 06532250153  
cap.soc. Euro 619.748,28 i.v.  
Reg.imprese MI n. 215184  
R.E.A. MI n. 1103165

