



**MOPEDIA®**

**SEDIE COMODE  
MANUALE DI ISTRUZIONI**

---

**COMMODE CHAIRS  
INSTRUCTION MANUAL**

## INDICE

1. CODICI .....	pag.3
2. INTRODUZIONE.....	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE.....	pag.3
5. AVVERTENZE .....	pag.4
5.1 Avvertenze generali.....	pag.4
5.2 Avvertenze per l'uso .....	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE.....	pag.4
7. MONTAGGIO.....	pag.4
7.1 Regolazione pedane.....	pag.5
8. PRIMA DI OGNI USO .....	pag.5
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	pag.5
9.1 Freni .....	pag.5
9.2 Ruote.....	pag.5
10. MODALITÀ D'USO.....	pag.5
10.1 Salire sulla sedia comoda .....	pag.6
10.2 Scendere dalla sedia comoda .....	pag.6
11. MANUTENZIONE.....	pag.6
12. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	pag.6
12.1 Pulizia di rivestimenti e imbottiture.....	pag.6
12.2 Pulizia WC .....	pag.6
12.3 Pulizia del telaio e parti metalliche .....	pag.6
12.4 Pulizia delle ruote .....	pag.6
12.5 Disinfezione .....	pag.6
13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO .....	pag.7
13.1 Condizioni di smaltimento generali .....	pag.7
14. CARATTERISTICHE TECNICHE .....	pag.7
14.1 Dimensioni e peso .....	pag.7
14.2 Specifiche tecniche.....	pag.7
15. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI .....	pag.7
16. GARANZIA .....	pag.7
17. RIPARAZIONI.....	pag.8
17.1 Riparazione in garanzia.....	pag.8
17.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia.....	pag.8
17.3 Prodotti non difettosi .....	pag.8
18. RICAMBI.....	pag.8
19. CLAUSOLE ESONERATIVE .....	pag.8

Dispositivo Medico di Classe I  
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42  
e successive modifiche

## 1. CODICI

**RC200-45** Sedia comoda regolabile in altezza 4 piedini - 45 cm  
**RC210-45** Sedia comoda su 4 ruote - 45 cm

## 2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una sedia comoda MOPEDIA by MORETTI S.p.A. realizzata per aiutare persone l'evacuazione e la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione. La produzione risponde ai requisiti dettati dalle vigenti disposizioni europee sui dispositivi medici (93/42/CEE). Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare l'ausilio. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

**Nota Controllare che tutte le parti dell'ausilio non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.**

## 3. DESTINAZIONE D'USO

Le sedie comode sono ausili per evacuazione e mobilità destinate a persone con difficoltà di deambulazione.

### ATTENZIONE!



- E' vietato l'utilizzo del seguente prodotto per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

## 4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia SEDIE COMODE sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui DISPOSITIVI MEDICI. A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6. NON E' CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
7. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la

documentazione tecnica comprovante la conformità alla **Direttiva 93/42/CEE**.

### 5. AVVERTENZE

#### 5.1 Avvertenze generali

- NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali;
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapeuta;
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone;
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili;
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti degli arti e lesioni personali;
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini;
- Non sollevare la carrozzina da parti amovibili che potrebbero accidentalmente staccarsi durante il sollevamento.

#### 5.2 Avvertenze per l'uso

- Assicurarsi che la vaschetta non sia stata spostata o rimossa;
- Non appoggiarsi sulle pedane per sedersi o scendere dalla comoda;
- Non sporgersi dalla comoda per prendere oggetti su mobili o su altri piani;
- Evitare di sedersi sul bordo per evitare che la comoda si possa ribaltare.

### 6. DESCRIZIONE GENERALE



**RC200-45 Seduta L 45x42 P cm**  
SEDIA COMODA MOPEDIA CON  
4 GAMBE REGOLABILI IN ALTEZZA



**RC210-45 Seduta L 45x42 P cm**  
SEDIA COMODA MOPEDIA  
CON 4 RUOTE

### 7. MONTAGGIO

Tutte le sedie comode MOPEDIA vengono fornite con schienale e pedane (dove presenti) smontate. Per il montaggio dello schienale è sufficiente infilare le due estremità dei tubi nelle apposite aperture previsto nella parte posteriore della sedia. A quel punto fissare lo schienale tramite le clip in dotazione. Le pedane devono essere inserite all'esterno della sedia comoda inserendo nei due perni la parte superiore della pedana. I poggiatesta devono essere sempre all'interno della sedia comoda. Per fissare la pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata all'interno della sedia comoda.

#### 7.1 Regolazione pedane (dove presenti)

Le pedane delle sedie comode possono essere regolate secondo l'altezza che offre

il miglior confort allentando la vite. Controllare sempre che le due pedane siano alla stessa altezza.

## 8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco così da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose;
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo.

## 9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

- La sedia comoda è solo per uso interno, non può essere usata come sedile su veicoli a motore;
- Per spingere la sedia comoda usare sempre e solo il maniglione posteriore, non spingere mai utilizzando altri appoggi;
- Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato;
- È comunque raccomandata una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi;
- Nel caso in cui due persone sollevino la sedia comoda, evitare di impugnarla in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le impugnature posteriori.

### 9.1 Freni



Bloccare le ruote della sedia prima di salire, scendere, allungarsi in avanti. Sul modello a ruote piccole (RC210-45) i freni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della sedia (Fig. 1).

Fig. 1

### 9.2 Ruote

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessario.

## 10. MODALITÀ D'USO

**Nota:** Fare riferimento alle avvertenze generali e per l'uso di questo manuale istruzioni

### ATTENZIONE!



- Salire e scendere da soli dalla sedia comoda è un'operazione potenzialmente pericolosa: fatelo solo se fisicamente in grado e con cautela
- Non appoggiarsi sulle parti amovibili, preferire il telaio della seduta  
**NON GRAVARE IL PESO SUI POGGIAPIEDI DURANTE LA SALITA O LA DISCESA DALLA SEDIA COMODA, PERICOLO DI RIBALTAMENTO!!!**

### 10.1 Salire sulla sedia comoda

1. Avvicinare la sedia il più possibile in modo da posizionarla di fianco a voi
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori ( solo per il modello con ruote); per agevolare al massimo la salita sulla sedia comoda si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiarsi alla struttura del telaio facendo forza sulle braccia, dunque scendere lentamente verso la seduta

### 10.2 Scendere dalla sedia comoda

1. Avvicinarsi il più possibile a fianco di una nuova seduta
2. Bloccare i freni delle ruote posteriori ( solo per il modello con ruote); per agevolare al massimo la discesa dalla carrozzina si consiglia di togliere il bracciolo dal lato dove si effettuano queste operazioni
3. Appoggiare le braccia al telaio della seduta sulla quale ci si deve trasferire e sollevandosi scivolare lentamente verso quest'ultima

## 11. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali. Prima di utilizzare il dispositivo eseguire tutte le verifiche e i controlli suggeriti nel paragrafo "PRIMA DI OGNI USO" di questo manuale istruzioni. Le sedie comode MOPEDIA necessitano di poche ed elementari manutenzioni periodiche, qui di seguito elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

Elemento	Frequenza
Capacità frenante	Mensile
Pulizia della tappezzeria del sedile	Secondo necessità
Verifica generale da parte di personale qualificato	Biennale

## 12. PULIZIA E DISINFEZIONE

### 12.1 Pulizia di rivestimenti e imbottiture

I rivestimenti e le imbottiture sono realizzati in PVC. E possono essere puliti con acqua e sapone neutro.

### 12.2 Pulizia del WC

Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale disinfettante da bagno. Pulire sempre almeno prima di ogni uso.

### 12.3 Pulizia del telaio e parti metalliche

Anche per il telaio e le parti metalliche è possibile utilizzare acqua e sapone neutro, quindi asciugare con un panno morbido in modo da non graffiare la verniciatura del telaio.

### 12.4 Pulizia delle ruote

Allo stesso modo anche le ruote possono essere pulite con acqua e sapone neutro. Prestare molta attenzione all'asciugatura: potrebbe essere molto pericoloso utilizzare la sedia comoda con le ruote ancora umide.

### 12.5 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

**Nota** Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente.

### 13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO
















#### 13.1 Condizioni di smaltimento generali


In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

### 14. CARATTERISTICHE TECNICHE

#### 14.1 Dimensione e peso

Dimensione e peso													
Misure in cm													
<b>RC200-45</b>	-	55	42	95÷105	74÷84	53÷63	-	45	42	46	11,5	-	-
<b>RC210-45</b>	89	56		95	74	53	46÷54			49	12,5	12,5	12,5

#### 14.2 Specifiche tecniche

Telaio	In acciaio verniciato
Rivestimento	In PVC
Seduta	In plastica
 Portata massima	120 kg
Temperatura dell'ambiente operativo	- 20 C° / + 40 C°
Conservazione consigliata	Conservare in luogo fresco ed asciutto e comunque sempre lontano da fonti dirette di calore come la luce solare. (temp. Consigliata tra +10 C° / + 40 C°)
Ruote	∅ 12,5 cm

### 15. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

### 16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità

naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

## **17. RIPARAZIONI**

### **17.1 Riparazione in garanzia**

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

### **17.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia**

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

### **17.3 Prodotti non difettosi**

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

## **18. RICAMBI**

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

## **19. CLAUSOLE ESONERATIVE**

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.





### CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto \_\_\_\_\_

Acquistato in data \_\_\_\_\_

Rivenditore \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

Venduto a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.

## INDEX

1. CODES .....	pag.11
2. INTRODUCTION.....	pag.11
3. INTENDED USE .....	pag.11
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY.....	pag.11
5. WARNING .....	pag.11
5.1 General warnings .....	pag.11
5.2 Warnings for use.....	pag.12
6. GENERAL DESCRIPTION .....	pag.12
7. ASSEMBLING .....	pag.12
7.1 Legrest adjustment (where existing) .....	pag.12
8. BEFORE USE .....	pag.12
9. WARNING FOR USE .....	pag.12
9.1 Brakes .....	pag.12
9.2 Wheels .....	pag.13
10. HOW TO USE.....	pag.13
10.1 Get in the commode chair.....	pag.13
10.2 Get out of the commode chair .....	pag.13
11. MAINTENANCE .....	pag.13
12. CLEANING AND DISINFECTION .....	pag.13
12.1 Cover and stuffing .....	pag.13
12.2 WC cleaning.....	pag.14
12.3 Frame and metal parts.....	pag.14
12.4 Wheels.....	pag.14
12.4 Disinfection .....	pag.14
13. CONDITIONS OF DISPOSAL.....	pag.14
13.1 General conditions of disposal .....	pag.14
14. TECHNICAL FEATURES .....	pag.14
14.1 Dimensions and weight .....	pag.14
14.2 Technical features .....	pag.14
15. SPARE SPARTS & ACCESSORIES.....	pag.14
16. WARRANTY.....	pag.15
17. REPAIR.....	pag.15
17.1 Warranty repair .....	pag.15
17.2 Repair not covered by warranty.....	pag.15
17.3 Non-defective device.....	pag.15
18. SPARE SPARTS.....	pag.15
19. EXEMPT CLAUSES.....	pag.15

I Class Medical Device  
according to Directive 93/42/EEC and further modifications

### 1. Codes

**RC200-45** Commode chair with 4 adjustable legs - 45 cm

**RC210-45** Commode chair on castors with swing away legrest - 45 cm

### 2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a **MOPEDIA** commode chair by Moretti S.p.A. product range. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

**Note: Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not use the device. Contact your dealer for further instructions.**

### 3. INTENDED USE

The commode chairs are an aid for evacuation and mobility for people with walking difficulties.



#### CAUTION!

- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

### 4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the bath aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications. To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. The devices in question **ARE NOT MEASUREMENT DEVICES**
3. The devices in question **ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION**
4. The devices in question are sold in **NON STERILE** packing
5. The devices in question should be considered as belonging to class I
6. **DO NOT** use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications

### 5. WARNINGS

#### 5.1 General warnings

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur
- Keep the packed bath chair away from heat sources
- **SERVICE LIFE**- the product use limit is defined by the wear of the parts
- **ALWAYS** keep hands and fingers clear of moving parts to avoid injury
- **DO NOT** allow children to play on or operate the bath chair

### 5.2 Warnings for use

- Make sure the tank has not been moved or removed
- Do not lean on the legrests to sit down or get off the commode chair
- Do not lean out from the commode chair to reach items on furniture or on other shelf
- Avoid sitting on the edge to prevent the convenient one can overturn

## 6. GENERAL DESCRIPTION



**RC200-45 Seat L 45x42 W cm**  
4 LEGS HEIGHT ADJUSTABLE



**RC210-45 Seat L 45x42 W cm**  
4 CASTORS SWING AWAY LEGREST

## 7. ASSEMBLING

All the MOPEDIA commode chair are provided with backrest and footrest (where present) disassembled. For the assembly of the backrest is sufficient to put the two ends of the tubes into the openings provided in the back of the chair. Then fix it backrest using clips provided. The platforms must be placed outside the comfortable chair by inserting two pins in the upper part of the platform. The footrest must always be within the comfortable chair. To secure the platform to make sure that the lever. Locking is secure within the comfortable chair. are provided with backrest and footrest (where present) disassembled. For the assembly of the backrest is sufficient to put the two ends of the tubes into the openings provided in the back of the chair. Then fix it backrest using clips provided. The platforms must be placed outside the comfortable chair by inserting two pins in the upper part of the platform. The footrest must always be within the comfortable chair. To secure the platform to make sure that the lever. Locking is secure within the comfortable chair.

### 7.1 Legrest adjustment (where existing)

The legrest of the commode chairs can be adjusted according to the height that offers the best comfort loosening the screw. Always check that the two platforms are at same height.

## 8. BEFORE USE

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

## 9. WARNING FOR USE

- The commode chair is for internal use only, can not be used as a seat on motor vehicles;
- To push the commode chair, always use only the rear handle, Never push using other supports;
- Before moving on an inclined surface to make sure of their abilities and limitations. Consult movement techniques with qualified personnel;
- It 'still recommended care assistance for land with a slope greater than to 10%. If you need to stop on an inclined surface, avoid sudden movements;
- If two people raise the commode chair, avoid contesting in points dangerous for the patient as footrests and armrests, but use only the frame and rear handles.

9.1 Brakes



Lock the wheels of the chair before you ascend, descend, stretch forward. On the model to small wheels (RC210-45) the brakes are operated by pressing the lever on all wheels of the chair (Fig. 1).

Fig. 1


9.2 Wheels

The front wheels must be periodically checked and lubricated if necessary.

10. HOW TO USE

**Note:** make reference to “GENERAL WARNINGS” chapter

**WARNING!**



- Getting in and out of the commode chair may be performed independently, provided you have a adequate mobility and upper body strength
- Do not stand on removable parts **DO NOT STAND ON THE FOOTRESTS WHEN GETTING IN OR OUT OF THE COMMODE CHAIR, OVERTURNING RISK!!!**

10.1 Get in the commode chairs

1. Position the commode chair as close as possible to you
2. Engage wheel locks (only for models with castors). We suggest to remove the armrest to ease the patient getting in the commode chair
3. Lean on the frame with arms and slowly go down towards the seat

10.2 Get out of the commode chairs

1. Position the commode chair as close as possible along side the seat to which you are transferring
2. Engage wheel locks (only for models with castors). We suggest to remove the armrest to ease the patient getting out of the commode chair
3. Shift body weight into seat with transfer

11. MAINTENANCE

The MOPEDIA devices by Moretti are checked carefully and supplied with EC mark, once launched on the market. For patient and physician's safety we recommend to let check the device by the manufacturer or by laboratory authorized every 2 years. In case of repair use only original spare parts. Before using follow the “BEFORE USE” chapter. Moretti MOPEDIA commode chairs require few elementary and periodic maintenance, below we list the checks to be carried out periodically.

Element	Frequency
Braking capacity	Monthly
Seat cleaning	As needed
General inspection by qualified personnel	Biennial

12. CLEANING AND DISINFECTION

12.1 Cover and padding

The cover and padding are in Nylon. Clean with warm water and mild soap.

## 12.2 Toilet cleaning

The toilet must be regularly cleaned and disinfected using

## 12.3 Frame and metallic parts

Clean with warm water and mild soap. Dry with a soft cloth in order to not scratch the painting.

## 12.4 Brakes and wheels

Clean the wheels with warm water and mild soap. Pay attention in drying the wheels, it's dangerous use the wheelchair with wet wheels.

## 12.5 Disinfection

If you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner.

**Note:** Do not use solvent and abrasive product

## 13. CONDITIONS OF DISPOSAL
















### 13.1 - General conditions of disposal


In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

## 14. TECHNICAL FEATURES

### 14.1 Dimensions and weight

Dimensions and weight													
Measures in CM													
<b>RC200-45</b>	-	55	42	95÷105	74÷84	53÷63	-	45	42	46	11,5	-	-
<b>RC210-45</b>	89	56		95	74	53	46÷54			49	12,5	12,5	12,5

### 14.2 Technical specification

<b>Frame</b>	Powder coated steel
<b>Fabric</b>	PVC
<b>Seat</b>	Plastic
 <b>Max weight</b>	120 kg
<b>Environmental temperature</b>	- 20 C° / + 40 C°
<b>Storage</b>	Store in a cool place, away from heat sources, such as sunlight (suggested temperature between +10°C and +40°C)
<b>Wheels</b>	ø 12,5 cm

## 15. SPARE PARTS/ACCESSORIES

For spare parts only refer to MORETTI master catalogue.

## 16. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual.

Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use. Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

## 17. REPAIR

### 17.1 Warranty repair

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty.

### 17.2 Repair not covered by warranty

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

### 17.3 Non-defective device

The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer.

## 18. SPARE SPARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the receiving date.

## 19. EXEMPT CLAUSES

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.



**WARRANTY CERTIFICATE**

Product \_\_\_\_\_

Purchased on (date) \_\_\_\_\_

Retailer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_

Sold to \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Town/city \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN P.R.C.











Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)