

MOPEDIA®

**AUSILI DA BAGNO
MANUALE DI ISTRUZIONI**

**BATH BENCH
INSTRUCTIONS MANUAL**

INDICE

1. CODICI	pag.3
2. INTRODUZIONE	pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI	pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE	pag.4
6.1 RS831-RS833	pag.4
6.2 RS838-RS839	pag.4
6.3 RS908	pag.4
6.4 RP770	pag.4
7. MONTAGGIO	pag.4
7.1 RS831-RS833	pag.4
7.2 RS838-RS839	pag.5
7.3 RS908	pag.5
7.4 RP770	pag.5
8. PRIMA DI OGNI USO	pag.6
9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO	pag.6
10. MODO D'USO	pag.6
10.1 RS831-RS833-RS838-RS839	pag.6
10.2 RS908	pag.7
10.3 RP770	pag.7
11. PULIZIA E DISINFEZIONE	pag.7
11.1 Pulizia	pag.7
11.2 Disinfezione	pag.7
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	pag.7
13. CARATTERISTICHE TECNICHE	pag.7
14. GARANZIA	pag.8
15. RIPARAZIONI	pag.8
15.1 Riparazioni in garanzia	pag.8
15.2 Riparazioni di un prodotto non coperto dalla garanzia	pag.8
15.3 Prodotti non difettosi	pag.9
16. RICAMBI	pag.9
17 . CLAUSOLE ESONERATIVE	pag.9

CE Dispositivo medico di classe I D. Lgs 24/02/97 n. 46
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICI

RS831	Sedile per bagno ad "u" senza schienale
RS833	Sedile per bagno ad "u" con schienale
RS838	Sedile da doccia con braccioli
RS839	Sedile da doccia con braccioli e schienale
RS908	Ausilio WC in acciaio verniciato regolabile in altezza e smontabile
RP770	Rialzo stabilizzante in alluminio regolabile in altezza

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un sedile per bagno/doccia della linea MOPEDIA by Moretti. I sedili per bagno/doccia Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il sedile. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

NOTA: Controllare che tutte le parti del prodotto non abbiano subito danni durante la spedizione. In caso di danni non utilizzare il prodotto e contattare il rivenditore per ulteriori istruzioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Gli ausili bagno/doccia della linea MOPEDIA by Moretti sono progettati per facilitare la seduta di persone disabili o con difficoltà motorie durante le operazioni di pulizia in bagno.

ATTENZIONE!



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La MORETTI S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI S.p.A. e facenti parte della famiglia SOLLEVATORI sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui DISPOSITIVI MEDICI. A tal scopo la MORETTI S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I° della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII° della suddetta direttiva.
2. L'elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell'allegato A della dichiarazione.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
4. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
5. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.

6. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
7. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla MORETTI S.p.A.
8. La MORETTI S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.

5. AVVERTENZE GENERALI

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

6. DESCRIZIONE GENERALE

6.1 RS831-RS833

Sedili per bagno con o senza schienale, con struttura in alluminio, seduta con forma ad U e schienale (dove presente) in HDPE (polietilene ad alta densità). Regolabili in altezza per una maggiore adattabilità. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi. Schienale di facile smontaggio (solo per RS833).

6.2 RS838-RS839

Sedili per bagno con braccioli con o senza schienale, struttura in alluminio, seduta e schienale (dove presente) in polietilene. Regolabili in altezza per una maggiore adattabilità. Puntali in gomma antiscivolo. Montaggio senza attrezzi. Schienale di facile smontaggio.

6.3 RS908

Rialzo stabilizzante WC - Sostegno per alzarsi dal WC realizzato in acciaio verniciato, struttura regolabile in larghezza per una maggiore adattabilità. Braccioli imbottiti per un miglior comfort, gambe regolabili in altezza, puntali antiscivolo.

6.4 RP770

Rialzo stabilizzante regolabile per WC - Maniglie di sicurezza per WC. Realizzato in tubo di alluminio anodizzato di Ø 2,5 cm, con poggia braccia in spugna morbida. Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di WC. Gambe regolabili in altezza, puntali in gomma antiscivolo.

7. MONTAGGIO

7.1 RS831, RS833

Gli ausili vengono forniti smontati. Sono facili da montare senza l'utilizzo di alcun attrezzo. Nell'imballo sono presenti:

- Gambe (4 pz)
- Sedile (1 pz)
- Supporti schienale (2 pz) (solo RS833)
- Schienale (1 pz) (solo RS833)

- Assemblare le 4 gambe sui relativi supporti del sedile tramite l'innesto a bottone.
- All'occorrenza ruotare i piedini di gomma per avere una corretta superficie di

appoggio e regolare l'altezza delle gambe.

- Montare i tubolari curvi sullo schienale tramite fissaggio a bottone. (solo RS833)
- Unire la seduta e lo schienale. (solo RS833)

7.2 RS838, RS839

Gli ausili vengono forniti smontati. Sono facili da montare senza l'utilizzo di alcun attrezzo.

Nell'imballo sono presenti:

- Gambe (4 pz)
- Sedili (2 pz)
- Braccioli (2 pz)
- Supporti schienale (2 pz) (solo RS839)
- Schienale (1 pz) (solo RS839)

- Assemblare le 4 gambe sui relativi supporti del sedile tramite le viti a farfalla.
- All'occorrenza ruotare i piedini di gomma per avere una corretta superficie di appoggio e regolare l'altezza delle gambe.
- Fissare i braccioli avvitando le viti a farfalla pre-inserite.
- Montare i 2 tubolari curvi sullo schienale tramite fissaggio a bottone. (solo RS839)
- Unire la seduta e lo schienale. (solo RS839)

7.3 L'ausilio RS908

Il prodotto viene fornito smontato ma è di facile assemblaggio senza attrezzi.

Nell'imballo sono presenti:

- Telaio laterale (2pz)
- Barre assemblaggio (2 pz)
- Gambe (4 pz)




Fig.1




Fig.2




Fig.3


- Rimuovere tutti gli imballi e preparare tutte le componenti per l'assemblaggio. (Fig.1)
- Collegare i due lati del telaio insieme con i tubi di collegamento, utilizzare le clip in dotazione per il fissaggio. Il telaio è regolabile in larghezza, per regolarlo sfilare il tubo di collegamento nel telaio e fissarlo con la clip nella posizione desiderata (Fig.2)
- Una volta che il telaio è completamente assemblato con tutte e quattro le clips nei tubi di collegamento, si può regolare l'altezza delle gambe (vedi sezione Modo d'uso 10.7) (Fig.3)

7.4 L'ausilio RP770

Il prodotto viene fornito smontato ma è di facile assemblaggio senza attrezzi.

Nell'imballo sono presenti:

- Gambe complete di puntali (2pz)
- Placca di fissaggio al WC (1 pz)
- Struttura con braccioli (2pz)



- A. Svitare e sollevare la tavoletta del WC.
- B. Inserire le gambe nella struttura principale.
- C. Collegare la struttura con la placca di fissaggio al WC.

- Posizionare le maniglie nello stesso punto di aggancio del copri water.
- Posizionare nuovamente la tavoletta e avvitare.
- Regolare l'altezza delle gambe. Premere il fermo, sfilare la canna portandola all'altezza desiderata. Rilasciare il fermo, verificare la stabilità del prodotto e che entrambe le gambe siano alla stessa altezza.

8. PRIMA DI OGNI USO

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo

9. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO

Il fabbricante e il distributore declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.

- Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile
- Non usare con pazienti che superano il peso massimo riportato sull'etichetta prodotto posta sulla struttura dell'ausilio
- Evitare movimenti repentini durante il posizionamento
- Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente
- Non conservare il prodotto all'esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti e lo stato delle protezioni in gomma
- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore

 **Non superare per nessun motivo la portata massima ammessa!**

10. MODO D'USO

10.1 RS831-RS833-RS838-RS839

Regolazione dell'altezza

Premere il fermo per regolare la seduta sfilando la canna e portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna. Controllare che tutte le quattro gambe abbiano la stessa altezza. Posizionare il sedile su una superficie piana e regolare. Controllare la stabilità del sedile prima dell'utilizzo.

10.2 RS908

Ausilio per facilitare l'alzarsi e il sedersi sul WC.

Assicurarsi di non applicare tutto il peso corporeo sull'ausilio in quanto l'ausilio non è fissato; serve solo come assistenza

10.3 RP770

Ausilio per facilitare e avere maggiore stabilità nell'alzarsi e nel sedersi sul WC.

Assicurarsi di non applicare tutto il peso corporeo sull'ausilio, in quanto serve solo come assistenza.

11. PULIZIA E DISINFEZIONE

11.1 Pulizia

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno imbevuto di acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto, o con acqua tiepida e sapone neutro. Non usare sostanze abrasive, acidi, alcool, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

11.2 Disinfezione

Se necessario, effettuare la disinfezione del prodotto utilizzando un delicato detergente disinfettante.

12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

13. CARATTERISTICHE TECNICHE

RS831

*Dimensioni:  L: 49÷56 cm  P: 42 cm  H: 41÷53 cm

Seduta: 48 x 33 cm

 Peso: 2,3 kg  Portata massima: 110 kg

RS833

*Dimensioni:  L: 49÷56 cm  P: 60 cm  H: 70÷82 cm

Seduta: 48 x 33 x h41÷53 cm

 Peso: 3 kg  Portata massima: 110 kg

RS838

*Dimensioni:  L: 51 cm  P: 54 cm  H: 47÷65 cm

Seduta: 40 x 33 cm

 Peso: 2,5 kg  Portata massima: 110 kg

RS839

*Dimensioni:  L: 51 cm  P: 54 cm  H: 80,5÷98,5 cm

Seduta: 40 x 33 x h47÷65 cm

 Peso: 3,2 kg  Portata massima: 110 kg

RS908

*Dimensioni:  L: 55-60 cm  P: 50 cm  H: 68÷78 cm

 Peso: 3 kg  Portata massima: 110 kg

RP770

* Dimensioni:  L: 54-62 cm  P: 45 cm  H: 66÷76 cm

 Peso: 1,5 kg  Portata massima: 100 kg

* Le misure si riferiscono alle dimensioni di massimo ingombro

14. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso.

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

15. RIPARAZIONI**15.1 Riparazione in garanzia**

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

15.2 Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia

Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di

spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

15.3 Prodotti non difettosi

Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

16. RICAMBI

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

17. CLAUSOLE ESONERATIVE

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ Località _____

Venduto a _____

Via _____ Località _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

INDEX

1. CODES	pag.11
2. INTRODUCTION	pag.11
3. INTENDED USE	pag.11
4. EC DECLARATION OF CONFORMITY	pag.11
5. GENERAL WARNINGS	pag.12
6. GENERAL DESCRIPTION	pag.12
6.1 RS831-RS833	pag.12
6.2 RS838-RS839	pag.12
6.3 RS908	pag.12
6.4 RP770	pag.12
7. ASSEMBLING	pag.12
7.1 RS831-RS833	pag.12
7.2 RS838-RS839	pag.12
7.3 RS908	pag.13
7.4 RP770	pag.13
8. BEFORE USE	pag.14
9. CAUTIONS FOR USE	pag.14
10. HOW TO USE	pag.14
10.1 RS831-RS833-RS838-RS839	pag.14
10.2 RS908	pag.14
10.3 RP770	pag.15
11. CLEANING AND DISINFECTION	pag.15
11.1 Cleaning	pag.15
11.2 Disinfection	pag.15
12. CONDITIONS OF DISPOSAL	pag.15
12.1 General conditions of disposal	pag.15
13. TECHNICAL FEATURES	pag.15
14. WARRANTY	pag.16
15. REPAIR	pag.16
15.1 Warranty repair	pag.16
15.2 Repair not covered by warranty	pag.16
15.3 Non-defective device	pag.16
16. SPARE SPARTS	pag.16
17. EXEMPT CLAUSES	pag.17

CE I Class Medical Device according to Directive 93/42/EEC
and further modifications

1. CODES

RS831	Bath bench u-shape without backrest
RS833	Bath bench u-shape with backrest
RS838	Shower chair with armrest and without backrest
RS839	Shower chair with armrest and backrest
RS908	Toilet safety rails painted steel height adjustable and removable
RP770	Commode frame in painted aluminum, height adjustable

2. INTRODUCTION

Thank you for purchasing a MOPEDIA bath products by Moretti S.p.A. product range. This user's manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and assistance. In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

NOTE: Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not use the device. Contact your dealer for further instructions.

3. INTENDED USE

The bath chair by Moretti is intended for disabled patient assistance in bath tub



CAUTION!

- Do not use the product for a purpose not indicated in this manual
- Moretti S.p.A. declines all responsibilities for any consequences resulting from an incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product
- The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document without previous notice.

4. EC DECLARATION OF CONFORMITY

Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the bath aids category are in compliance with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further modifications.

To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

1. The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/EEC as prescribed by Annex VII of the above directive
2. A complete list of the concerned devices is mentioned in the enclosure A of the declaration
3. The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES
4. The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION
5. The devices in question are sold in NON STERILE packing
6. The devices in question should be considered as belonging to class I
7. DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly indicated by Moretti S.p.A.
8. Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications

5. GENERAL WARNINGS

- DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding this instruction manual. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur
- Keep the packed bath chair away from heat sources
- SERVICE LIFE- the product use limit is defined by the wear of the parts
- ALWAYS keep hands and fingers clear of moving parts to avoid injury
- DO NOT allow children to play on or operate the bath chair

6. GENERAL DESCRIPTION

6.1 RS831-RS833

Bath seats with or without backrest, with painted aluminum frame, seat with U-shape and back (where present) in HDPE (High density polyethylene). Adjustable in height for better adaptability. Non-slip rubber tips. Assembling without tools.

6.2 RS838-RS839

SBath seats with armrests with or without backrest, with painted aluminum frame, seat and back (where present) in HDPE (high density polyethylene). Adjustable in height for better adaptability. Non-slip rubber tips. Assembling without tools.

6.3 RS908

Support stand. Support to get up from the toilet, made of painted steel, width adjustable for better adaptability. Padded armrests for better comfort, height adjustable legs, anti-slip rubber tips.

6.4 RP770

Safety handles for WC.

Realized in anodized aluminum tube diameter 2.5cm, armrests in soft sponge. Useful aid to sit and get up from the toilet. Adaptable to any type of toilet. Height-adjustable legs, antislip rubber tips.

7. ASSEMBLING

7.1 RS831, RS833

The product is supplied unassembled and it is easy to assemble without the use of any tools. In the package you will find:

- Legs (4 pcs)
 - Seat (1 pc)
 - Backrest supports (2 pcs) (only RS833)
 - Backrest (1 pc) (only RS833)
-
- Assembly the 4 legs on the seat supports thanks to push buttons
 - If necessary, rotate the rubber feet to have a correct support surface
 - Assembly the backrest support on the backrest thanks to buttons (only RS833)
 - Combine the seat and backrest (only RS833)

7.2 RS838, RS839

The product is supplied unassembled and it is easy to assemble without the use of any tools. In the package you will find:

- Legs (4 pcs)
- Seats (2 pcs)
- Armrest (2 pcs)
- Backrest supports (2 pcs)(only RS838 - RS839)
- Backrest (1 pc) (only RS838 - RS839)
- Assembly the 4 legs on the seat supports thanks to the butterfly screws
- If necessary, rotate the rubber feet to have a correct support surface
- Fix the armrest with the same procedure
- Assembly the supports on the backrest thanks to push buttons. *(RS839)
- Combine the seat and backrest. (only RS839)

7.3 RS908

The product comes disassembled, but it is easily assembled without tools.

In the package there are:

- Lateral frame (2 pcs)
- Connecting bar (2 pcs)
- Legs (4 pcs)




Fig.1




Fig.2




Fig.3


- Remove all packaging and prepare all the components for assembly.
- Connect the two lateral frames with the connecting bars, for fixing, use the clips supplied.
- The frame is width adjustable, to adjust it, remove the connecting bars from the frame and secure it with the clip to the desired location.
- Once the frame is fully assembled with all four clips, you can adjust the height of the legs (see section 10.7 How to use)

7.4 RP770

The product comes disassembled, but it's easily assembled without tools.

In the package there are:

- Legs with rubber tips (2 pcs)
- Mounting plate to fix the frame on the toilet (1 pc)
- Armrest frame (2 pcs)



A - Unscrew and lift the toilet seat.

B - Put in the legs in the main frame.

C - Connect the frame with the mounting plate to the toilet.

- Position the handles in the same attachment point of the toilet seat
- Reposition the tablet and screw
- Adjust the height of the legs. Press the stop, slide the tube bringing it to the desired height. Release the stop, check the stability of the product and check all legs are the same height

8. BEFORE USE

- Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
- Check the correct assembly of the device

9. CAUTIONS FOR USE

The manufacturer and distributor are not responsible for any responsibility for the consequences of improper use of the product.

- Always help the patient with walking difficulties to position themselves on the seat
- Do not use with patients who exceed the maximum weight shown on the label placed on the product frame
- Avoid sudden movements during positioning
- Be careful on wet floors, on wet or slippery surfaces, it could make difficult the patient positioning
- Do not store the product outside. Periodically check the stability of the product and the correct fastening screws and the status of protections rubber
- In case of doubt for the use, the adjustment or the maintenance of the product, please contact your dealer

 **Do not exceed the maximum load capacity for any reason!**

10. HOW TO USE

10.1 RS831-RS833-RS838-RS839

Height adjustment

Press the pin to adjust the seat by removing the pole and putting it into the holes to the desired height and the maneuverability of the patient. Return the stop in the hole to lock it. Check that all four legs are of the same height.

Place seat on a flat, level surface. Check the stability of the seat before use

10.2 RS908

Aid to facilitate the getting up and sitting down from the toilet. Make sure not to push the entire body weight on the help because the aid is not fixed, and it is only a SUPPORT.

10.3 RP770

It is useful to get more stability in getting up and sitting down on the toilet.
Make sure not to push the entire body weight on the aid, because it is only a SUPPORT.

11. CLEANING AND DISINFECTION

11.1 Cleaning

To clean the aid and the structure use a solution of alcohol and neutral soap (in equal parts) mixed with water. Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasion of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

The manufacture company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

11.2 Disinfection

If you need to disinfect the product use a common disinfectant neutral detergent.

12. CONDITIONS OF DISPOSAL

In case of disposal don't use the inserting container for municipal waste. We recommend to dispose the bath chair in the appropriate disposal areas for recycling.

13. TECHNICAL FEATURES

RS831

*Dimension:  L: 49÷56 cm  W: 42 cm  H: 41÷53 cm

Sitting: 48 x 33 cm

 Weight: 2,3 kg  Max loading weight: 110 kg

RS833

*Dimension:  L: 49÷56 cm  W: 60 cm  H: 70÷82 cm

Sitting: 48 x 33 x h41÷53 cm

 Weight: 3 kg  Max loading weight: 110 kg

RS838

*Dimension:  L: 51 cm  W: 54 cm  H: 47÷65 cm

Sitting: 40 x 33 cm

 Weight: 2,5 kg  Max loading weight: 110 kg

RS839

*Dimension:  L: 51 cm  W: 54 cm  H: 80,5÷98,5 cm

Sitting: 40 x 33 x h47÷65 cm

 Weight: 3,2 kg  Max loading weight: 110 kg

RS908

*Dimension:  L: 55÷60 cm  W: 50 cm  H: 68÷78 cm

 Weight: 3 kg  Max loading weight: 110 kg

RP770

*Dimension:  L: 54÷62 cm  P: 45 cm  H: 66÷76 cm

 Weight: 1,5 kg  Max loading weight: 100 kg

* The measurements refer to the overall dimensions

14. WARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for a period of (two) 2 years from the purchasing date, subject to any limitations and exclusions specified below. The warranty does not apply in case of damages caused by improper use, abuse or modification of the product, and the warranty will not be valid if the instructions for use are not strictly followed. The correct intended use of the device is specified in this manual.

Moretti is not responsible for damages resulting from personal injury or otherwise caused by or in relation to wrong installation or improper use.

Moretti does not guarantee the products against damage or defects in the following conditions: natural disaster, not authorized maintenance or repair, damage due to power supply problems (where provided) use of spare parts not supplied by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipping damage (other than original shipment by Moretti), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual. The warranty doesn't cover components subject to wear and tear during the correct use of the device.

15. REPAIR**14.1 Warranty repair**

In the event that a product Moretti to be defective in material or manufacturing faults during the warranty period, Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, in its sole discretion, can repair or replace the item under warranty at a Moretti dealer or at Moretti location. The labor cost for the repair may be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. Repair or replacement does not renew or extend the warranty

14.2 Repair not covered by warranty

A product not covered by warranty can be returned for repairing only after receiving prior authorization from Moretti customer service. The labor and shipping costs for a repair not covered by warranty will be fully borne by the customer or dealer. Repairs of products not covered by warranty are warranted for six (6) months from the date you receive the product repaired.

14.3 Non-defective device

The customer will be informed if, after having examined and tested returned product, Moretti claims that the product is not defective. In this case the good will be returned to the customer, all shipping costs will be paid by customer.

16. SPARE SPARTS

The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 (six) months from the receiving date.

17. EXEMPT CLAUSES

Except as expressly specified in this warranty and within the limits of the law, Moretti does not offer any representation, warranty or condition, express or implied, including any representations, warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement and interference. Moretti does not warrant that the use of the product Moretti will be uninterrupted or error free. The duration of any implied warranties that may be imposed by law are limited to the warranty period, within the limits of the law. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages in connection with products for consumers. In such states or countries, certain disclaimers and limitations of this warranty may not apply to you. This warranty is subject to change without notice.

**WARRANTY CERTIFICATE****Product** _____**Purchasing date** _____**Authorized dealer** _____**Street** _____ **Place** _____**Sold to** _____**Street** _____ **Place** _____

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: **info@morettispa.com****MADE IN P.R.C.**

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Note



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com